



**BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ**  
ROMANIAN BUREAU OF LEGAL METROLOGY

Șos. Vitan Bârzești 11 ☉ Sector 4 ☉ 042122 București România  
Tel. (+40.21) 332 09 54 ☉ Fax (+40.21) 332 06 15 ☉ [office@brml.ro](mailto:office@brml.ro)

**AUTORIZAȚIA**  
**LABORATORULUI DE METROLOGIE**  
**nr. 002-19**

În temeiul:

- art. 3, alin. (2) și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2, lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 5-05, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare

**VITAL S.A.**

**Sediul social:** Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21, jud. Maramureș  
J 24/542/13.08.1997, C.U.I.: 9710087  
Telefon: 0262.215.150; Fax: 0262.215.153

**Locația laboratorului de metrologie:**

Baia Mare, str. Colonia Topitorilor, nr. 32, jud. Maramureș

este autorizată să efectueze următoarele tipuri de verificări metrologice: verificare metrologică periodică (VP), verificare metrologică după reparare (VR) ale mijloacelor de măsurare din cadrul subsortimentelor prevăzute în anexă (1 pagină).

- Persoana juridică deținătoare a prezentei autorizații îndeplinește cerințele prevăzute la art. 6 din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 5-05, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005 cu modificările și completările ulterioare.
- Funcționarea laboratorului se face sub supravegherea **Direcției Regionale de Metrologie Legală Cluj-Napoca** în baza programului de supraveghere stabilit în condițiile prevăzute la art. 16-21 din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 5-05, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Data emiterii: 07.01.2019

Prezenta autorizație expiră la data: 06.01.2021

**DIRECTOR GENERAL,**

*Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. **Fănel IACOBESCU***



**ANEXĂ**  
**la Autorizația laboratorului de metrologie**  
**nr. 002-19**

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice și metrologice	Documentul utilizat la verificare
L32-1/ 1.06.28.1.1	VPVR	Contor de apă rece cu diametrul nominal între 15 mm ... 25 mm, inclusiv	DN: (15...25) mm Clase metrologice: A, B, C Poziția de montare: H	NML 3-03/1-94 utilizată conform Ordinului nr.107/01.06.2005 cu modificările și completările ulterioare
			$Q_1 \geq 0,0075 \text{ m}^3/\text{h}$ Poziția de montare: H	NML 003-05 PIV-003-05-01 ediția 1, revizia 1, avizată de BRML prin scrisoarea nr. 9489/13.10.2016
L32-1/ 1.06.28.1.2	VPVR	Contor de apă rece cu diametrul nominal între 25 mm ... 40 mm, inclusiv	DN: (25...40) mm Clase metrologice: A, B, C Poziția de montare: H	NML 3-03/1-94 utilizată conform Ordinului nr.107/01.06.2005 cu modificările și completările ulterioare
			$Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$ Poziția de montare: H	NML 003-05 PIV-003-05-01 ediția 1, revizia 1, avizată de BRML prin scrisoarea nr. 9489/13.10.2016

